



**CLAUSOLLES
MEDICAL**

TEST DE SEGURIDAD FUNCIONAL Certificación Concentrador de Oxígeno

Centro: Clausolles Medical, S.L.

Dirección: C/ Andorra nº 33 A


			Técnico Pol Navarro	Fecha 18/09/2013
Nº Inventario -	Equipo Concentrador O2	Marca Kröber	Modelo O2	Tipo -
Código del test S-83	Departamento -	Código geográfico -	Responsable del equipo -	Nº de serie 1110113959

Medidas tomadas con analizador de respiradores y medidor de caudal marca IMT Medical, modelo PF-302, n/s: BA103339, calibrado en Diciembre de 2012.

Temperatura ambiente	25,6 °C
Humedad ambiente	52 %

Medidas patrón	Medidas equipo	Concentración O₂
2,00 lpm	2,11 lpm	92,7 %
4,00 lpm	4,28 lpm	90,6 %
6,00 lpm	6,19 lpm	84,1 %

Comentarios: _____

Firma: **Pol Navarro**

Revisado: **Ramón Fernández**
